

**Chelń: Dostawa pomocy dydaktycznych: defibrylator i fantom- niemowlę dla kierunku kształcenia w zawodzie Ratownik medyczny**  
**Numer ogłoszenia: 102096 - 2011; data zamieszczenia: 05.05.2011**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie , ul. Szpitalna 50, 22-100 Chelń, woj. lubelskie, tel. 0-82 5652651, faks 0-82 5652651.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.medyki-chelmn.pl](http://www.medyki-chelmn.pl)
- **Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:** [www.mszchelmn.ebip.lublin.pl](http://www.mszchelmn.ebip.lublin.pl) , [www.medyki-chelmn.pl](http://www.medyki-chelmn.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: samorządowa jednostka organizacyjna (oświatowa).

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa pomocy dydaktycznych: defibrylator i fantom- niemowlę dla kierunku kształcenia w zawodzie Ratownik medyczny.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**

**1. Defibrylator - szt.1 - spełniający wymagania:**

- >dwufazowy z kardiowersją - manualna aktywacja;
- >z pulsoksymetrem z czujnikiem SpO<sub>2</sub> ;
- >stymulacja: częstotliwość od 30 do 180 imp/min, zakres regulacji prądu stymulacji 0 -220 mA;
- >wyświetlacz TFT LCD - Blue -Mode;
- >Łyżki dla dorosłych i pediatryczne; >Energia 1 - 360J;
- >Z możliwością 12 -odprowadzeniowego EKG;
- >Zasilanie: akumulator 12V, 1,4 Ah, żywotność do 6 lat, wbudowane zasilanie 90V...264V/ 50Hz/60Hz;
- >Drukarka: termiczna, papier 58 mm;
- >Torba na defibrylator z dwoma bocznymi kieszeniami;
- >okres gwarancji : min. 24 miesiące

## **2. Fantom - niemowlę - szt.1 - spełniający wymagania:**

>Fantom - niemowlę do reanimacji z elektronicznym wyświetlaczem -Resusci Baby Basis ze SkillGuide

>okres gwarancji : min. 24 miesiące.

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.18.21.00-0, 33.10.00.00-1.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 2.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

### **III.2) ZALICZKI**

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

### III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:**  
nie

## SEKCJA IV: PROCEDURA

### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

## **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:** nie.

## **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** nie

## **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.mzschelm.ebip.lublin.pl](http://www.mzschelm.ebip.lublin.pl), [www.medyki-chelm.pl](http://www.medyki-chelm.pl)  
**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie - Sekretariat ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 12.05.2011 godzina 11:00, miejsce: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie - Sekretariat ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** ZADANIE 1 - Defibrylator.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Defibrylator - szt.1 - spełniający wymagania: >dwufazowy z kardiowersją - manualna aktywacja; >z pulsoksymetrem z czujnikiem SpO2 ; >stymulacja: częstotliwość od 30 do 180 imp/min, zakres regulacji prądu stymulacji 0 -220 mA; >wyświetlacz TFT LCD - Blue -Mode; >Łyżki dla dorosłych i pediatryczne; >Energia 1 - 360J; >Z możliwością 12 - odprowadzeniowego EKG; >Zasilanie: akumulator 12V, 1,4 Ah, żywotność do 6 lat, wbudowane zasilanie 90V...264V/ 50Hz/60Hz; >Drukarka: termiczna, papier 58 mm; >Torba na defibrylator z dwoma bocznymi kieszeniami; >okres gwarancji : min. 24 miesiące.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.18.21.00-0.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.05.2011.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE 2 - Fantom-niemowlę.**

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Fantom - niemowlę - szt.1 - spełniający wymagania: >Fantom - niemowlę do reanimacji z elektronicznym wyświetlaczem -Resusci Baby Basis ze SkillGuide >okres gwarancji : min. 24 miesiące.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.10.00.00-1.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.05.2011.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.