

Chełm, dnia 10-05-2011r.

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie
Ul.Szpitalna 50
22-100 Chełm

**Szanowni Państwo
Wykonawcy**

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na:

Dostawa pomocy dydaktycznych: defibrylator i fantom- niemowlę dla kierunku kształcenia w zawodzie „Ratownik medyczny”.

ZADANIE 1 - Defibrylator

- 1) Czy Zmawiający dopuści defibrylator z regulacją prądu stymulacji w zakresie od 10-150 mA?

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

- 2) Czy Zmawiający dopuści defibrylator z kolorowym wyświetlaczem TFT ?

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

- 3) Czy Zmawiający dopuści nowoczesny niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy z zakresem wyboru energii od 2 do 200J, spełniający wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zakresu energii defibrylacji dwufazowej?

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

- 4) Czy Zmawiający dopuści defibrylator zasilany przez 3 akumulatory o pojemności 4,4 Ah przy 7,4 V zasilane odłączaną ładowarką 230V?

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

- 5) Czy Zmawiający dopuści defibrylator z drukarką termiczną o szerokości 106mm?

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

- 6) Czy Zmawiający dopuści termin realizacji zamówienia do 5 tygodni od dnia podpisania umowy?

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

7) Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z regulacją prądu stymulacji w zakresie 0-200 mA?

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

8) Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z regulacją energii defibrylacji w zakresie 1-300J ?

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

9) Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zasilaniem 100-240 VAC 50/60Hz, oraz akumulatorem 12V ?

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

10) Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z wbudowaną drukarką o szerokości papieru 57 mm?

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

11) Czy Zmawiający odstąpi od wymogu posiadania 12 odprowadzeniowego EKG?

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.