

Formularz asortymentowo-cenowy

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

Defibrylator przenośny, dwufazowy -1 szt.

Lp.	Parametr minimalny	Warunek graniczny	Parametr oferowany
1.	Rok produkcji: 2011, fabrycznie nowy	TAK	
2.	Ekran monitora: kolorowy, przekątna min. 6 cali, wykonany w technologii LCD TFT	TAK	
3.	Zasilanie sieciowe 100-250 VAC 50/60Hz i z akumulatora wewnętrznego na min.90 minut monitorowania lub min. 50 defibrylacji max. energią	TAK	
3.	Wbudowany rejestrator termiczny szerokość papieru min 55 mm	TAK	
4.	Wbudowany lub zewnętrzny tester umożliwiający w celach kontrolno-szkoleniowych przeprowadzenie defibrylacji - wyzwolenie impulsu defibrylacyjnego dla każdej dostępnej wartości energii, z podaniem na ekranie wartości energii wybranej i faktycznie wyzwolonej. Test potwierdzony wydrukiem.	TAK	
Defibrylacja			
5.	Dwufazowa fala defibrylacji	TAK	
6.	Energia wstrząsu dostępna w zakresie min. od 2 do 300 J	TAK	
7.	Czas ładowania do pełnej energii < 10 sek.	TAK	
8.	Defibrylacja ręczna	TAK	
9.	Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja)	TAK	
10.	Zintegrowane łyżki do defibrylacji dorosłych i dzieci	TAK	
Monitorowanie funkcji życiowych			
11.	EKG - kabel pacjenta 3 -żyłowy możliwość obserwacji min. 6 odprowadzeń EKG Zakres pomiaru tętna min. od 20 do 280 u./min.	TAK	
12.	Pulsoksymetria (SpO₂) Pomiar przy niskiej perfuzji odporny na artefakty ruchowe w technologii Nellcor w zakresie od min.1 do 100 %,	TAK	
Stymulacja przezskórna			
13.	Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna	TAK	
14.	Zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 40-170 imp./min	TAK	
15.	Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 5-180mA	TAK	
Wyposażenie			
16.	Kabel ekg 3-żyłowy - 1 sztuka (lub 5-żyłowy)	TAK	

17.	Kabel do defibrylacji i stymulacji umożliwiający połączenie defibrylatora z fantomem ALS firmy Leardal będącym w posiadaniu Zamawiającego	TAK	
18.	Czujnik saturacji - 1 sztuka	TAK	
19.	Papier do rejestratora min.10 rolek	TAK	
20.	Torba na defibrylator z kieszeniami na wyposażenie	TAK	
Inne wymagania			
21.	Archiwizacja w pamięci aparatu: przebiegu pracy aparatu	TAK	
22.	Przenoszenia danych przez kartę pamięci SD na PC.	TAK	
23.	Menu obsługi na ekranie i instrukcja obsługi w j. polskim, paszport (z dostawą)	TAK	
24.	Okres gwarancji min.24 miesiące	TAK	

W celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań przedkładamy:

1. _____
2. _____
3. _____

Cena urządzenia

Defibrylator przenośny, dwufazowy -1 szt.

Cena netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Cena brutto

Data

Podpis Wykonawcy